

**Отчет  
о проведении апробации (испытания) оборудования**

г. Москва

"22" июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДС.Мед», в лице Генерального директора Сёмочкина Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ) в лице Заместителя директора по медицинской части Кузнецова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности № 41 от 13.01.2025г, далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Отчет о нижеследующем:

1. В процессе апробации (испытания) перечисленного ниже оборудования установлено:

Оборудование			Время апробации (испытания)	Результаты испытаний в целом по агрегату, технологической цепочке оборудования
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка		
1	2	3	4	5
Установка оториноларингологическая DS.AssistENT	ТУ 32.50.50-002-86671063-2022	вариант исполнения Europe	21.01.2025-27.07.2025	<p>В ходе апробации было произведено более 200 манипуляций и исследований:                      Промывание серных пробок                      Орошение слизистой оболочки полости носа, глотки Аспирация патологического отделяемого из полостей ЛОР органов и отоскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, риноскопия, в том числе с использованием эндоскопов и видеэндоскопической системы.</p> <p>Ключевые преимущества комбайна:                      - Аспирация + ирригация + распыление интегрированы в единую систему.                      Вакуумная аспирация миндалин (до 720 мм рт.ст.) и промывание лакун снижают время процедур                      - Подогрев эндоскопов до 36°C за 7 сек устраняет дискомфорт у пациентов (особенно детей)                      - Сенсорный экран для регулировки ирригации (0.8–3.2 л/мин) и ручки тонкой настройки аспирации/распыления                      - 4 розетки для подключения допоборудования (например, ЭХВЧ-</p>

			<p>аппарата DS.Surg) без использования удлинителей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цена на порядок ниже европейских аналогов (Heinemann, Atmos) при сопоставимом качестве.</li> </ul> <p>Области для оптимизации/особенности аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нет системы подключения к системе водоснабжения/канализации</li> <li>- Нет налобного осветителя</li> <li>- Недостаток полезной площади для размещения инструментов</li> <li>- тубусы для эндоскопов из тонкого стекла.</li> </ul> <p>DS.AssistENT Europe — хороший комбайн для российских ЛОР-практик. Его функционал покрывает 95% потребностей: от рутинных промываний до эндоскопии. Его преимущества значительно перевешивают выявленные недостатки, которые в большинстве случаев могут быть устранены путем модернизации. Рекомендован к применению в медицинских центрах и Лор-кабинетах где качество обслуживания является приоритетным фактором</p>
--	--	--	---

2. В апробации (испытании) оборудования приняли участие:

- врач оториноларинголог, к.м.н. Абдуллаев Б.З.;
- врач оториноларинголог, к.м.н. Серебрякова И.Ю.;
- врач оториноларинголог, д.м.н. Нажмудинов И.И.;
- врач оториноларинголог, к.м.н. Тулина А.С.

Подписи Сторон

Заказчик:

Генеральный директор:

\_\_\_\_\_ (Сёмочкин Е.И.)

М.П.

Исполнитель:

Заместитель директора по медицинской части:

\_\_\_\_\_ (Кузнецов А.О.)

